

## 质检报告单 (cfDNA)

温馨提示：请在开盖前离心以防产品损耗

产品信息			
货号	GW-RNF011	批号	202208241
描述	1p36 缺失 5% cfDNA 血浆参考品	生产时间	2022-08-24

产品特征	
规格	1.2mL/支, 15ng/mL
储存条件	-15 - -25°C
有效期	自生产之日起, 18个月内有效

产品质控		
项目	质控标准	检验结果
胎儿浓度*	N/A	7.60%
突变检测*	1p36 缺失	pass
血浆DNA浓度	5-15ng/mL	pass

\* 胎儿浓度和突变检验使用NGS-Noninvasive prenatal screening



孙世勇

质量授权人