

质检报告单 (NIPT plus)

温馨提示：请在开盖前离心以防产品损耗

产品信息			
货号	GW-RNF023	批号	20230314
描述	染色体非整倍体复合质控品	生产时间	2023-03-14

产品特征	
规格	1.2mL/支
储存条件	-15 - -25°C
有效期	自生产之日起, 18个月内有效

产品质控		
项目	质控标准	检验结果
胎儿浓度	>15%	53.21%
Z 13	>3	7.96
Z 18	>3	9.06
Z 21	>3	7.21

以上所有质检项目使用NGS-Noninvasive prenatal screening



普良基因科技(深圳)有限公司 版权所有

深圳市盐田区海山街道田东社区深盐路2028号大百汇生命健康产业园3A栋8楼

T:+86 0755 2516 7062 E:INFO@GENE-WELL.COM W:WWW.GENE-WELL.COM

本产品仅限科研使用。