

质检报告单（假病毒溶液）

温馨提示：请在开盖前离心以防产品损耗

| 产品信息 | | | |
|---|-----------------------------------|--|------------|
| 货号 | GW-MDBM001 | 批号 | 202210131 |
| 描述 | Monkeypox Virus F3L-F4L 多基因假病毒质控品 | 生产时间 | 2022-10-13 |
| 产品特征 | | | |
| 规格 | 1 mL/支 | | |
| 储存条件 | -15 - -25°C | | |
| 有效期 | 自生产之日起，24个月内有效 | | |
| 产品质控 | | | |
| 项目 | 质控标准 | 检验结果(参考值范围) | |
| 基因组拷贝数* | $\geq 1 \times 10^5$ copies/mL | 1.06*10 ⁵ -3.56*10 ⁵ Copies/mL | |
| * 基因组拷贝数测定使用 QX200 Droplet Digital PCR+ddPCR Supermix for Probes(No dUTP) (BIO-RAD) | | | |



质量责任人：

孙世勇

菁良基因科技（深圳）有限公司 版权所有

深圳市盐田区海山街道田东社区深盐路2028号大百汇生命健康产业园3A栋8楼

T:+86 0755 2516 7062 E:INFO@GENE-WELL.COM W:WWW.GENE-WELL.COM

本产品仅限科研使用。