

## 产品实测值

产品名称: 肿瘤SNV 5%gDNA标准品II

产品编号: GW-OGTM006

批次号: 202302061

检测结果:

等位基因突变频率验证: QX200 Droplet Digital PCR (BIO-RAD)					
基因型	基因频率/拷贝数	实际基因频率/拷贝数	质检下限	质检上限	是否通过质检
BRAF V600E	8.00%	8.32%	6.40%	9.60%	是
EGFR L858R	5.00%	4.95%	4.00%	6.00%	是
EGFR E746_A750del	5.00%	4.29%	4.00%	6.00%	是
EGFR T790M	5.00%	5.27%	4.00%	6.00%	是
EGFR G719A	5.00%	4.91%	4.00%	6.00%	是
KRAS G12C	5.00%	4.45%	4.00%	6.00%	是
KRAS G13D	5.00%	4.55%	4.00%	6.00%	是
NRAS Q61R	5.00%	4.95%	4.00%	6.00%	是
PIK3CA H1047R	5.00%	4.94%	4.00%	6.00%	是
EGFR V769_D770insASV	5.00%	4.13%	4.00%	6.00%	是
MET Exon 14 Skipping	5.00%	4.46%	4.00%	6.00%	是
PIK3CA E545K	5.00%	5.53%	4.00%	6.00%	是
ERBB2 A775_G776insYVMA	5.00%	4.67%	4.00%	6.00%	是
FGFR3 Y375C	5.00%	5.79%	4.00%	6.00%	是

注意: (1) 建议使用推荐的仪器和方法对产品进行定量。