

质检报告单 (细胞溶液)

温馨提示: 请在开盖前离心以防产品损耗

| 产品信息 | | | |
|------|-----------------------|------|------------|
| 货号 | GW-IPF037 | 批号 | 202303011 |
| 描述 | 人乳头瘤病毒 (HPV44) 细胞 质控品 | 生产时间 | 2023-03-01 |

| 产品特征 | |
|------|----------------------------|
| 规格 | 1.00E+05 copies/mL,0.5mL/支 |
| 储存条件 | -15--25°C |
| 有效期 | 自生产之日起, 24个月内有效 |

| 产品质控 | | | |
|----------|-------|---|------|
| 项目 | 亚型 | 质控标准 | 检验结果 |
| 基因组拷贝数 * | HPV44 | 4.00E+04 copies/mL ~ 2.00E+05 copies/mL | Pass |

* 基因组拷贝数测定使用 QX200 Droplet Digital PCR+ CFX Connect™ 荧光定量 PCR 检测系统(BIO-RAD)



本产品仅限科研使用。

青良科技(深圳)有限公司 版权所有

深圳市盐田区海山街道田东社区深盐路2028号大百汇生命健康产业园3A栋8楼

T:+86 0755 2516 7062 E:info@gene-well.com W:www.gene-well.com