

质检报告单 (细胞溶液)

温馨提示: 请在开盖前离心以防产品损耗

产品信息			
货号	GW-IPF041	批号	202303011
描述	人乳头瘤病毒 (HPV59) 细胞 质控品	生产时间	2023-03-01

产品特征	
规格	1.00E+05 copies/mL,0.5mL/支
储存条件	-15 - -25°C
有效期	自生产之日起, 24个月内有效

产品质控			
项目	亚型	质控标准	检验结果
基因组拷贝数 *	HPV59	4.00E+04 copies/mL ~ 2.00E+05 copies/mL	Pass

* 基因组拷贝数测定使用 QX200 Droplet Digital PCR+ 7500 荧光定量 PCR 检测系统(ABI)



本产品仅限科研使用。

青良科技(深圳)有限公司 版权所有

深圳市盐田区海山街道田东社区深盐路2028号大百汇生命健康产业园3A栋8楼

T:+86 0755 2516 7062 E:info@gene-well.com W:www.gene-well.com