

病原体血清学复合非定值质控品 I 靶值表
(批号: 水平 9 202408001)

水平	批号	仪器型号	项目	单位	靶值	范围
水平 9	202408001	WANTAI Caris200	HBsAg	IU/mL	0.140	0.098-0.182
			HBeAg	PE IU/mL	0.260	0.182-0.338
			Anti-TP	COI	2.26	1.58-2.93
			Anti-HIV	COI	2.58	1.80-3.36
			Anti-HCV	COI	2.88	2.01-3.74

注: 以上靶值仅供本批质控品参考, 不作为定值依据。因所用技术、仪器、试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据, 根据良好的实验室规范要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的靶值。