

病原体血清学复合非定值质控品 II 靶值表

(批号: 水平 1、水平 2 202310181)

水平	批号	仪器型号	项目	单位	靶值
水平 1	202310181	Cobas e601	Anti-HBs	IU/L	254.29
			Anti-HBe	COI	0.16
			Anti-HBc	COI	0.24
			HIV Ag	COI	5.60
水平 1	202310181	CL-2000i	Anti-HBs	mIU/mL	114.32
			Anti-HBe	COI	0.23
			Anti-HBc	COI	0.20
			HIV Ag	COI	10.35
水平 1	202310181	IFLASH3000-C	Anti-HBs	mIU/mL	143.83
			Anti-HBe	COI	0.26
			Anti-HBc	COI	0.07
			HIV Ag	COI	7.21
水平 2	202310181	i2000SR	Anti-HBs	mIU/mL	211.16
			Anti-HBe	S/CO	0.22
			Anti-HBc	S/CO	3.35
			HIV Ag	S/CO	10.75
水平 2	202310181	HISCL-5000	Anti-HBs	mIU/mL	168.23
			Anti-HBe	Inh%	73.00
			Anti-HBc	COI	35.90
			HIV Ag	COI	30.60
水平 2	202310181	maccura i3000	Anti-HBs	IU/mL	281.38
			Anti-HBe	IU/mL	1.29
			Anti-HBc	IU/mL	8.18
			HIV Ag	S/CO	6.94
水平 2	202310181	MAGLUMI X8	Anti-HBs	mIU/mL	177.83
			Anti-HBe	Index/mL	328.25

			Anti-HBe	IU/mL	0.85
			Anti-HBc	Index/mL	332.25
			Anti-HBc	IU/mL	2.65
			HIV Ag	AU/mL	6.71

注：以上靶值仅供本批质控品参考，不作为定值依据。因所用技术、仪器、试剂的不同，或因制造商检测方法的变化，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据，根据良好的实验室规范要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的靶值。