

## 病原体血清学复合非定值质控品Ⅱ靶值表

(批号: 水平 4 202409001)

水平	批号	仪器型号	项目	单位	靶值	范围
水平 4	202409001	maccura i3000	Anti-HBs	mIU/mL	24.19	16.93-31.44
			Anti-HBe	IU/mL	0.507	0.355-0.659
			Anti-HBc	IU/mL	1.55	1.09-2.02
			HIV Ag	S/CO	2.69	1.88-3.50

注: 以上靶值仅供本批质控品参考, 不作为定值依据。因所用技术、仪器、试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据, 根据良好的实验室规范要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的靶值。