

病原体血清学复合非定值质控品 I 靶值表  
(批号: 水平 10 202409001)

水平	批号	仪器型号	项目	单位	靶值	范围
水平 10	202409001	Mindray CL6200i Mindray CL8000i	HBsAg	IU/mL	0.220	0.154-0.286
			HBeAg	PEI U/mL	0.230	0.161-0.299
			Anti-TP	COI	2.89	2.02-3.76
			Anti-HIV	COI	2.83	1.98-3.68
			Anti-HCV	COI	2.82	1.97-3.66

注: 以上靶值仅供本批质控品参考, 不作为定值依据。因所用技术、仪器、试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据, 根据良好的实验室规范要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的靶值。