

病原体血清学复合非定值质控品 I 靶值表
(批号: 水平 8 202408001)

水平	批号	仪器型号	项目	单位	靶值	范围
水平 8	202408001	MAGLUMI X3	HBsAg	IU/mL	0.133	0.093-0.173
			HBeAg	IU/mL	0.326	0.228-0.424
			Anti-TP	mIU/mL	3.46	2.42-4.50
			Anti-HIV	AU/mL	3.23	2.26-4.20
			Anti-HCV	AU/mL	18.47	12.93-24.01

注: 以上靶值仅供本批质控品参考, 不作为定值依据。因所用技术、仪器、试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据, 根据良好的实验室规范要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的靶值。