

病原体血清学复合非定值质控品 I 靶值表

(批号: 水平 1、水平 2 202310181)

水平	批号	仪器型号	项目	单位	靶值
水平 1	202310181	Cobas e601	HBsAg	IU/mL	56.75
			HBsAg	COI	1067
			HBeAg	COI	18.13
			Anti-TP	COI	10.49
			HIV	COI	15.43
			Anti-HCV	COI	120.18
水平 1	202310181	CL-2000i	HBsAg	IU/mL	110.01
			HBeAg	COI	143.07
			Anti-TP	COI	9.64
			HIV	COI	18.85
			Anti-HCV	COI	5.98
水平 1	202310181	IFLASH3000-C	HBsAg	IU/mL	123.83
			HBeAg	COI	49.63
			Anti-TP	COI	7.94
			HIV	COI	23.13
			Anti-HCV	COI	15.43
水平 2	202310181	i2000SR	HBsAg	IU/mL	63.19
			HBeAg	S/CO	25.68
			Anti-TP	S/CO	6.28
			HIV	S/CO	12.50
			Anti-HCV	S/CO	6.38
水平 2	202310181	HISCL-5000	HBsAg	IU/mL	65.80
			HBeAg	COI	97.35
			Anti-TP	COI	11.90
			HIV	COI	6.55
			Anti-HCV	COI	8.20

水平 2	202310181	maccura i3000	HBsAg	IU/mL	83.85
			HBeAg	IU/mL	17.51
			Anti-TP	S/CO	46.15
			HIV	S/CO	29.52
			Anti-HCV	S/CO	147.89
水平 2	202310181	MAGLUMI X8	HBsAg	IU/mL	132.83
			HBeAg	Index/mL	1751
			HBeAg	IU/mL	5.79
			Anti-TP	mIU/mL	46.22
			Anti-HIV	AU/mL	33.30
			Anti-HCV	AU/mL	306.67

注：以上靶值仅供本批质控品参考，不作为定值依据。因所用技术、仪器、试剂的不同，或因制造商检测方法的变化，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据，根据良好的实验室规范要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的靶值。