

病原体血清学复合非定值质控品 I 靶值表  
(批号: 水平 7 202409001)

水平	批号	仪器型号	项目	单位	靶值	范围
水平 7	202409001	Abbott i2000SR	HBsAg	IU/mL	0.15	0.105-0.195
			HBeAg	S/CO	2.80	1.96-3.64
			Anti-TP	S/CO	2.82	1.98-3.67
			Anti-HIV	S/CO	2.85	2.00-3.71
			Anti-HCV	S/CO	3.32	2.32-4.32

注: 以上靶值仅供本批质控品参考, 不作为定值依据。因所用技术、仪器、试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据, 根据良好的实验室规范要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的靶值。