

病原体血清学复合非定值质控品Ⅱ靶值表

(批号: 水平9 202408001)

水平	批号	仪器型号	项目	单位	靶值	范围
水平9	202408001	WANTAI caris200	Anti-HBs	mIU/mL	30.52	21.36-39.68
			Anti-HBe	PE IU/mL	0.449	0.314-0.583
			Anti-HBc	IU/mL	1.04	0.728-1.35
			HIV Ag	COI	3.16	2.21-4.11

注: 以上靶值仅供本批质控品参考, 不作为定值依据。因所用技术、仪器、试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据, 根据良好的实验室规范要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的靶值。