

病原体血清学复合非定值质控品 I 靶值表  
(批号: 水平 4 202408001)

水平	批号	仪器型号	项目	单位	靶值	范围
水平 4	202408001	maccura i3000	HBsAg	IU/mL	0.146	0.102-0.190
			HBeAg	IU/mL	0.243	0.170-0.316
			Anti-TP	S/CO	3.09	2.16-4.02
			Anti-HIV	S/CO	2.60	1.82-3.38
			Anti-HCV	S/CO	2.21	1.55-2.88

注: 以上靶值仅供本批质控品参考, 不作为定值依据。因所用技术、仪器、试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据, 根据良好的实验室规范要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的靶值。