

## 炎症复合非定值质控品赋值表

(批号：水平 1、水平 2 202503001)

项目	仪器型号	单位	水平 1		水平 2	
			靶值	范围	靶值	范围
CRP	Getein 1000	mg/L	7.0	4.9-9.1	21.6	15.1-28.1
SAA		mg/L	7.4	5.2-9.5	17.3	12.1-22.5
PCT		ng/mL	0.29	0.21-0.38	3.06	2.14-3.98
IL-6		pg/mL	47.3	33.1-61.5	564.2	394.9-733.5

注：以上靶值及范围具有批特异性，仅供本批质控品参考。因所用技术、仪器、试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据，根据良好的实验室规范要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的靶值和可接受范围。